

01.12.2021 r.

PT WYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

**dotycząca postępowania realizowanego w formie Zapytania ofertowego na:
„ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW –
MAMMOGRAFY” – ZO/02/2021.**

W nawiązaniu do ww. zapytania ofertowego Realizator informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert określone w rozdziale VIII niniejszego Zapytania (uwzględniając zmiany przedmiotowych kryteriów dokonane w piśmie z Odpowiedziami na pytania z dnia 22.11.2021 r.) wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najkorzystniejszym bilansem kryteriów określonych w Zapytaniu (która uzyskała łącznie 99,06 pkt.) i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

RANKING OFERT:

Numer oferty	Nazwa i dane Wykonawcy	Liczba punktów w Kryterium 1: „Cena”	Liczba punktów w Kryterium 2: „Parametry techniczne”	Łączna liczba punktów
1	FUJIFILM Poland Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa przetargi_ffpl@fujifilm.com	50 pkt. gdzie w ofercie wskazano cenę: 4.102.137,31 zł.	Razem w ramach Kryterium 2: 29,71 pkt., gdzie: parametr 1: zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) = 10 pkt. parametr 2: na wyświetlaczu na statywie podawane imię i nazwisko pacjentki (...) = 10 pkt. parametr 3: pojemność cieplna lampy lub zespołu lampa + kołpak = 2,06 pkt. parametr 4: Statyw wolnostojący z generatorem wbudowanym w statyw (...) = 0 pkt. parametr 5: Grubość obudowy detektora od strony pacjentki (...) = 7,65 pkt.	79,71 pkt.



2	Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa dzp.pl@siemens-healthineers.com	49,06 pkt. gdzie w ofercie wskazano cenę: 4.181.103,68 zł.	Razem w ramach Kryterium 2: 50 pkt., gdzie: parametr 1: zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) = 10 pkt. parametr 2: na wyświetlaczu na statywie podawane imię i nazwisko pacjentki (...) = 10 pkt. parametr 3: pojemność cieplna lampy lub zespołu lampa + kołpak = 10 pkt. parametr 4: Statyw wolnostojący z generatorem wbudowanym w statyw (...) =10 pkt. parametr 5: Grubość obudowy detektora od strony pacjentki (...) = 10 pkt.	99,06 pkt.
---	--	---	--	-------------------

01.12.2021

Anne Sondalke